

**Príloha výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritérií**

1. Časť zákazky:

Logický celok 1 – 3D meracie rameno			
Hlavné technické údaje 3D meracie rameno	3D meracie rameno	Merací rozsah	2,0-3,0 metra
		Odchýlka presnosti opakovateľnosti bodu	Maximálna veľkosť odchýlky : 0,05 mm
		Odchýlka priestorovej presnosti	Maximálna veľkosť odchýlky: 0,10 mm
		Počet osí merania	Min 6
	Možnosť upnutia na stôl, prípadne obrobok.		
	Vlastný externý PC		
	Vlastný merací a vyhodnocovací software		
	Súčasťou dodávky meracie sondy min 5 ks		
	Vybavenie batériami pre prácu nezávislú od el. energie.		
	Sada prvkov pre meranie „prískokom“		
	Kalibračný certifikát zariadenia o teste presnosti		
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Dodanie do sídla kupujúceho		
	Záruka na dodané zariadenie minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia zariadenia.		

Návrh ceny za logický celok 1

Cena bez DPH:

DPH:

Cena s DPH:

V _____, dňa, _____

pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Druhá časť zákazky:

Logický celok 2 - Zariadenia na zvýšenie úrovne kvality- Súbor digitálnych intalometrov.

Logický celok 2 – Sada intalometrov				
Hlavné technické údaje Súbor meradiel a kontrolných prístrojov	Digitálne Intalometre (3-dotykový mikrometer)	Intalometer	Rozsah 30-40 mm	1 ks
		Intalometer	Rozsah 40-50 mm	1 ks
		Intalometer	Rozsah 50-63 mm	1 ks
		Intalometer	Rozsah 63-75 mm	1 ks
		Intalometer	Rozsah 75-88 mm	1 ks
		Intalomer	Rozsah 75-88 mm	1 ks
		Intalomer	Rozsah 87-100 mm	1 ks
		Intalometre môžu mať aj iný rozsah merania, ako je uvedené v tabuľke, podmienka však je, aby bol pokrytý celý rozsah merania od 30 do 100 mm. Intalomery môžu byť dodané separátne, alebo ako sady. Požiadavka je záručná doba 24 mesiacov odo dňa doručenia meracích zariadení		

Návrh ceny za logický celok 2:

Cena bez DPH:

DPH:

Cena s DPH:

V _____, dňa, _____

pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Návrh na plnenie kritérií

Tretia časť zákazky**Logický celok 3 - Zariadenie pracoviska riadenia kvality: Merací stôl s príslušenstvom**

Logický celok 3– Merací stôl s príslušenstvom				
Hlavné technické údaje „merací stôl s príslušenstvom“	Merací stôl	Počet stolov		1 ks
		Dĺžka stola	Min 3000 mm	
		Šírka stola	1300-1500 mm	
		Výška stola	750 - 820 mm	
		Únosnosť stola	3000 kg a viac	
		Raster upínacích otvorov	100x100 mm	
		Priemer upínacích otvorov	D28 mm	
		Výška bočnice stola	Min 200 mm	
		Kvôli odolnosti stola voči opotrebeniu a poškrabaniu je požiadavka, aby stôl mal plazmonitridovaný povrch.		
		Príslušenstvo:		
		Príložený a upínací uholník - min 4 ks		
		Univerzálny doraz - min 4 ks		
		Upínací čap D28 - min 10 ks		
Upínacia skrutkovacia svorka - min 6 ks				
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Dodanie do sídla kupujúceho			

Návrh ceny za logický celok 3

Cena bez DPH:

DPH:

Cena s DPH:

V _____, dňa, _____

pečiatka, podpis oprávnenej osoby_____
Návrh na plnenie kritérií